



姬姆萨染色液(Giemsa Stain,即用型)

简介:

姬姆萨色素(又称吉姆萨色素)是由天青II与伊红混合而成, Giemsa 染色原理和结果与瑞氏染色基本相同, 姬姆萨染色液对胞浆着色力较强, 能较好的显示胞浆的嗜碱性程度, 特别是对血液和骨髓细胞中的嗜天青、嗜酸性、嗜碱性颗粒, 着色清晰, 但是对胞核着色偏深,核结构显色不佳, 故姬姆萨染液常与瑞氏染液联合使用。

Giemsa Stain 以进口的姬姆萨色素、甲醇为主要原料, 含特有衬染剂, 经研磨配制而成, 能呈现出清晰的细胞染色效果, 经常用于组织切片、血液和细胞涂片、细菌、染色体显带、原生动动物寄生虫等染色。嗜酸性颗粒为碱性蛋白质, 与酸性染料伊红结合, 染粉红色, 称为嗜酸性物质; 细胞核蛋白和淋巴细胞胞浆为酸性, 与碱性染料美蓝或天青结合, 染紫蓝色, 称为嗜碱性物质; 中性颗粒呈等电状态与伊红和美蓝均可结合, 染淡紫色, 称为中性物质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R20649			Storage
Giemsa Stain(即用型)	100ml	500ml	2L	RT 避光	
说明书	一份				

自备材料:

- 1、甲醇、乙醇
- 2、蒸馏水
- 3、(可选)0.1%~0.5%乙酸
- 4、显微镜



操作步骤(仅供参考):

(一)涂片染色

- 1、常规方法制备血液涂片或骨髓涂片，待涂片自然干燥后，用甲醇固定2~3min。
- 2、将血液涂片或骨髓涂片放置染色架上，滴加 Giemsa Stain(即用型)覆盖涂片，室温或加热染色 10~15min。
- 3、用自来水或蒸馏水从玻片一端缓慢的轻轻冲洗。
- 4、(可选)0.1%乙酸分化数秒。
- 5、干燥，镜检。

染色结果:

嗜酸性颗粒	粉红色
嗜碱性颗粒	紫蓝色
中性颗粒	淡紫色

(二)组织切片染色

- 1、常规固定组织，常规脱水包埋。
- 2、切片 5 μ m，常规二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、蒸馏水清洗 2 次，每次 1~2min。
- 4、入 Giemsa Stain(即用型)浸染 12~24h，蒸馏水稍清洗。
- 5、0.5%乙酸清洗 1~2min，自来水稍微冲洗。
- 6、无水乙醇迅速脱水 3 次，每次 5~10s。
- 7、二甲苯或脱蜡透明液透明，中性树脂封固。

染色结果:

细胞核	蓝色至紫色
胞质细胞	淡蓝色
结缔组织	淡红色

注意事项:



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

-
- 1、血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀，否则影响染色效果。
 - 2、涂片染色中 Giemsa 染色后，请勿先去除染液或直接对涂片用力冲洗。
 - 3、如果染色过深或过浅，应调整染色时间或染色液的浓度。
 - 4、Giemsa 涂片染色和组织切片染色中，pH 值对染色有一定影响，载玻片应清洁、无酸碱污染，否则影响染色效果。
 - 5、染色液经稀释后液面应金属光泽则表示染液有染色作用，否则染色液可能失效。
 - 6、Giemsa 组织切片染色中，染色后需用大量 0.1~0.5% 乙酸急速冲洗，避免浮面沉淀物污染切片后难以洗脱。
 - 7、0.5% 乙酸分化常用于 Giemsa 组织切片染色，如有必要亦可用于细胞涂片，但其浓度应适量下调，0.5% 乙酸分化切片时，切片呈粉红色即可终止。
 - 8、Giemsa 组织切片染色中，无水乙醇脱水要迅速，否则切片易褪色。
 - 9、染色液可重复使用，但不宜重复多次，若有沉淀物应过滤后使用。

有效期：24 个月有效。

